

คุณลักษณะเฉพาะ
เสื้อคลุมกันน้ำเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ (เอี่ยมฟ้า)
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

คุณสมบัติทั่วไป

เป็นเสื้อคลุมพลาสติกครั้งตัว เปิดด้านหลัง ปิดด้านหน้า เพื่อใช้ใส่ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยสู่บุคลากรทางการแพทย์ และจากบุคลากรทางการแพทย์สู่ผู้ป่วย

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ผลิตภัณฑ์เป็นพลาสติกสังเคราะห์ น้ำหนักเบา ระบายอากาศได้ดี มีความเหนียว และยืดหยุ่นสูง จากโครงสร้างสามารถป้องกันเชื้อโรค ความสกปรก เลือด และสารคัดหลั่ง ตลอดจนน้ำรวมไปถึงสารเคมีได้ และไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า
๒. เป็นเสื้อคลุม สวมเข้าทางศีรษะ ช่วงสวมคอมีความกว้าง ๒๕-๒๘ เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เซนติเมตร ความกว้างช่วงลำตัวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร ด้านหลังเปิด มีสายสำหรับผูกเอว ความยาวแต่ละข้างไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร
๓. บริเวณคอ ด้านหลังมีรอยบาก ทำให้สามารถระดุก เพื่อให้เสื้อฉีกขาดได้ง่ายขณะถอดหลังการใช้งาน ทำให้ลดการปนเปื้อนเชื้อสู่บุคลากรทางการแพทย์
๔. ความยาวแขน นับจากขอบช่วงสวมคอแต่ละด้าน อยู่ในช่วง ๘๐-๘๕ เซนติเมตร โดยส่วนปลายแขนสามารถสวมนิ้วโป้งป้องกันการเลื่อนหลุดขณะปฏิบัติงาน
๕. เป็นเสื้อคลุมสีฟ้าบรรจุในซองพลาสติกใสแยกถุง ถุงละ ๑ ชิ้น
๖. ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ (ISO ๑๓๔๘๕) และผ่านการตรวจมาตรฐานตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้ามาใช้ในประเทศ จากคณะกรรมการอาหารและยาในประเทศไทย สามารถใช้ในงานบริการทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย
๗. ผลิตภัณฑ์นี้ต้องมีอายุการใช้งานหลังจากการผลิตไม่น้อยกว่า ๓ ปี (Shelf life)
๘. อายุของสินค้าที่ส่งมอบต้องผลิตไว้ไม่เกิน ๓ เดือน ณ วันที่ส่งมอบ
๙. มีการรับประกันความเสียหายของผลิตภัณฑ์อย่างน้อย ๖ เดือนนับจากวันที่ส่งมอบ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. บริษัทต้องมีสินค้าสำรองเพียงพอ โดยกำหนดส่งมอบของเป็นงวดๆ ตามจำนวนและความจำเป็นของการใช้วัสดุนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
๒. ผู้เสนอราคาสินค้าต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์ตัวอย่างจำนวน ๓ ชิ้นต่อกรรมการพัสดุ ภายใน ๓ วันทำการ นับจากกำหนดวันเสนอราคา เพื่อให้กรรมการ พิจารณาผลได้ตรวจสอบ

กรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. นางสาวจินตนา ศรีสมปอง
๒. นางวรรณา สกลวิรัตน์
๓. นางศจี พานวัน

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ.....ประธานกรรมการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ.....กรรมการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ.....กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะ
เสื้อคลุม(กันน้ำ)ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ชนิดเต็มตัว
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

คุณสมบัติทั่วไป

๑. เป็นชุดเสื้อคลุมกันน้ำ คอกกลม แขนยาว น้ำหนักเบา ใส่แล้วรู้สึกสบาย ไม่อึดอัด ไม่ก่อให้เกิดอาการผื่นคัน และปล่อยสายไว้ผูกด้านหลัง
๒. สามารถป้องกันการซึมผ่านของของเหลว เลือด สารคัดหลั่งได้
๓. ก่อองบรรจุภัณฑ์มีข้อความภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ แสดงขนาดบรรจุ วัน เดือน ปีที่ผลิต, วัน เดือน ปีที่หมดอายุ และแหล่งผลิตพร้อมที่อยู่ชัดเจน
๔. แบบและรุ่นของสินค้าที่ส่งมอบในแต่ละงวด ต้องเป็นเหมือนสินค้าตัวอย่างที่นำมาให้พิจารณาในวันที่ยื่นซองเสนอราคา
๕. ทำด้วยวัสดุที่สามารถป้องกันการซึมผ่านของของเหลว เลือด และสารคัดหลั่งได้

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง
๒. เนื้อผ้าทำจากวัสดุสังเคราะห์ชนิด Nonwoven เคลือบด้วย Laminate ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 60 grams โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือรับรอง
๓. เนื้อผ้าสามารถป้องกันไฟฟ้าสถิตได้จากคุณสมบัติของเส้นใยสารประกอบคาร์บอน
๔. เนื้อผ้าไม่เป็นขุยและไม่ปล่อยฝุ่นละอองออกมา
๕. เสื้อคลุมกันน้ำมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร และความยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๕ เซนติเมตร บรรจุแยกถุง ถุงละ ๑ ชิ้น
๖. เป็นเสื้อคลุมชนิด มีสายผูกที่เอวเย็บติดด้านหลังตัวเสื้อ ปล่อยสายไว้ด้านหลังความยาวสายแต่ละข้างไม่น้อยกว่า ๑๐๕ เซนติเมตร และมีสายผูกที่คอความยาวแต่ละข้างไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร
๗. ปลายแขนเสื้อทั้งสองข้างเย็บติดด้วยผ้ายืด หรือแถบยืด Elastic cuff ที่กระชับข้อมือ
๘. การเย็บเป็นตะเข็บแบบ Lap Seam เพื่อป้องกันของเหลวซึมผ่านบริเวณตะเข็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๙. เนื้อผ้าสามารถระบายความร้อนหรือถ่ายเทอากาศได้สะดวก ทำให้รู้สึกสบายเวลาสวมใส่
๑๐. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานสากล ISO ๒๐๐๑:๒๐๑๕, ISO๑๓๔๘๕:๒๐๑๖, ISO๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ หรือปีที่ใหม่กว่า
๑๑. ผ่านการตรวจมาตรฐานตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้ามาใช้ในประเทศ จากคณะกรรมการอาหารและยาในประเทศไทย สามารถใช้ในงานบริการทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย

กรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

- | | |
|--------------------------|---|
| ๑. นางสาวจินตนา ศรีสมปอง | นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ.....ประธานกรรมการ |
| ๒. นางวรรณา สกลวิรัตน์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ.....กรรมการ |
| ๓. นางศจี พานวัน | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ.....กรรมการ |

คุณลักษณะเฉพาะ (ต่อ)

๑๒. ผลิตภัณฑ์นี้ต้องมีอายุการใช้งานหลังจากการผลิตไม่น้อยกว่า ๓ ปี (Shelf life)
๑๓. อายุของสินค้าที่ส่งมอบต้องผลิตได้ไม่เกิน ๓ เดือน ณ วันที่ส่งมอบ
๑๔. มีการรับประกันความเสียหายของผลิตภัณฑ์อย่างน้อย ๖ เดือนนับจากวันที่ส่งมอบ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. บริษัทต้องมีสินค้าสำรองเพียงพอ โดยกำหนดส่งมอบของเป็นงวดๆ ตามจำนวนและความจำเป็นของการใช้วัสดุนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
๒. ผู้เสนอราคาสินค้าต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์ตัวอย่างจำนวน ๓ ชิ้นต่อกรรมการพัสดุ ภายใน ๓ วันทำการนับจากกำหนดวันเสนอราคา เพื่อให้กรรมการพิจารณาผลได้ตรวจสอบ

กรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---------------|
| ๑. นางสาวจินตนา ศรีสมปอง | นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ..... | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางวรรณนา สกลวิรัตน์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ..... | กรรมการ |
| ๓. นางศจี พานวัน | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ..... | กรรมการ |