

คุณลักษณะเฉพาะ

Plaster Transpore (½."x ๑๐ หลา), (๔."x ๑๐ หลา)

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

คุณสมบัติทั่วไป

เป็นเทปทางการแพทย์ใช้เพื่อยึดตรึงท่ออุปกรณ์ทางการแพทย์, วัสดุการแพทย์และผิวหนัง

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. มีรอยปรุให้สามารถฉีกตรงได้ด้วยมือทั้งแนวตั้งและแนวนอน เพื่อให้บุคลากรปรับขนาดเทปตามต้องการโดยไม่ต้องใช้กรรไกร

๒. โปร่งแสง มองผ่านเนื้อเทปได้

๓. X-Ray ผ่านได้

๔. ถือจับสะดวกโดยไม่ติดถุงมือ

๕. ผลิตจาก Polyethylene เคลือบกาวแบบ Acrylate อ่อนโยนทางการแพทย์

๖. ระบายอากาศ และความชื้นได้ดี

๗. ไม่ทิ้งคราบกาว

๘. Hypoallergenic และ latex free

๙. ได้รับความตรวจสอบการเข้ากันได้ทางชีวภาพ (Biocompatibility) กับผิวหนังมนุษย์

๑๐. ผ่านการรับรอง ISO๑๐๙๙๓-๑:๒๐๐๙ , ISO๑๐๙๙๓-๕:๒๐๐๙ , ISO๑๐๙๙๓-๑๐:๒๐๐๙ , ISO ๑๔๙๗๑:๒๐๑๒ , ISO๑๓๔๘๕:๒๐๑๒

เงื่อนไขเฉพาะ

ส่งตัวอย่าง Plaster Transpore เพื่อทดลองและทดสอบคุณภาพภายใน ๓ วัน หลังจากวันยื่นข้อเสนอ จำนวนรายการละ ๒ กล่อง

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

- | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-------|---------------|
| ๑. นางลัดดาวัลย์ ทองเกลี้ยง | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวศิริพร ลวณะสกล | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | | กรรมการ |
| ๓. นางรัชกร ชาญพานิชย์ | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | | กรรมการ |

คุณลักษณะเฉพาะ

แผ่นยึดตรึงวัสดุปิดแผลชนิดมีกาว (๑๐cm. , ๑๕cm.)

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

คุณสมบัติทั่วไป

๑. เป็นแผ่น Polyester สำหรับปิดทับและยึดตรึงแผลหลังผ่าตัดหรือแผลอื่นๆ
๒. ใช้ยึดสายสวน สายน้ำเกลือหรือสายระบายต่างๆ

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นแผ่น Polyester ที่ไม่ได้จากการทอ มีรูพรุนคล้ายตาข่าย เคลือบด้วยกาวที่มีการแพ้ต่ำ แต่มีความเหนียวสูงมาก สามารถยึดได้ดีแม้บริเวณผิวหนังที่เปื่อยขึ้น
๒. มีความยืดหยุ่นได้ดีมาก ทำให้ปิดบริเวณข้อพับต่างๆที่มีการเคลื่อนไหวบ่อยๆได้ดี
๓. บริเวณผิวหนังกาวมีแผ่นกระดาษ Silicon ที่มีรอยตัดตรงกลางปิดอยู่ เพื่อช่วยให้สามารถใช้งานได้สะดวก
๔. สามารถยึดได้ดีแม้บริเวณผิวหนังที่เปื่อยขึ้น
๕. แต่ละม้วนบรรจุในกล่องที่ปิดสนิท
๖. มีวัน เดือน ปี และวันหมดอายุระบุที่กล่อง

เงื่อนไขเฉพาะ

ส่งตัวอย่าง แผ่นยึดตรึงวัสดุปิดแผลชนิดมีกาว เพื่อทดลองและทดสอบคุณภาพภายใน ๓ วัน
หลังจากวันยื่นข้อเสนอ จำนวนขนาดละ ๒ กล่อง

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

- | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------|---------------|
| ๑. นายเต็มศักดิ์ ณ พัทลุง | นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ | | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางลัดดาวัลย์ ทองเกลี้ยง | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | | กรรมการ |
| ๓. นางสาวศิริพร ลวณะสกล | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | | กรรมการ |