

คุณลักษณะเฉพาะ
ใบมีด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

คุณสมบัติทั่วไป

ใช้ในการผ่าตัดและทำหัตถการสำหรับผู้ป่วย

คุณสมบัติเฉพาะ

1. มีความคม สามารถกรีดผ่าตัดได้ดี
2. ใบมีดทำจาก Stainless Steel หรือ Carbon Steel ไม่เป็นสนิม
3. แยกของบรรจุ Aluminium foil เปิดใช้ง่ายและสะดวก เวลาแกะใบมีดไม่ติดของ หลุดออกง่าย
4. ผ่านการฆ่าเชื้อพร้อมใช้ทันที โดยระบุวิธีการที่ใช้ในการทำให้ปราศจากเชื้อพร้อมแนบหลักฐานรับรอง
5. ระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ เบอร์ใบมีด, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, การฆ่าเชื้อ บนของบรรจุ และบนกล่องบรรจุ ให้ชัดเจน
6. ช่องที่บรรจุใบมีดมีความหนาเพียงพอในการป้องกันมิให้ใบมีดแทงทะลุออกมาได้
7. มีหลายขนาดให้เลือกใช้ดังนี้ No ๑๑,๑๒,๑๕,๒๔
๘. ขนาดบรรจุ ๑ ใบมีด / ๑ ช่อง

เงื่อนไขเฉพาะ

1. โรงงานผลิตต้องได้รับมาตรฐาน ISO หรือมาตรฐาน GMP และแสดงสำเนาเอกสารการรับรองมาตรฐานดังกล่าว
2. ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนเวชภัณฑ์เมื่อใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
3. วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ
4. ถ้าเป็นสินค้านำเข้า ต้องมีเอกสารรับรองการนำเข้าจากองค์การอาหารและยา
5. กำหนดเวลาและส่งมอบของแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับจากลงนามในใบสั่งซื้อโดยกำหนดของเป็นงวดๆ ตามจำนวนและความจำเป็นของการใช้วัสดุที่ผู้สั่งซื้อจะสั่งซื้อเป็นคราวๆ ไป
6. ส่งตัวอย่างใบมีดเพื่อทดลองและทดสอบคุณภาพภายใน ๓ วัน หลังจากวันยื่นข้อเสนอ รายการใบมีดตัวอย่างที่ต้องส่ง พร้อมหนังสือส่งตัวอย่าง รายการละ ๑ กล่อง

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

- | | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------------|
| ๑. นายกิจพงศ์ ชูพันธ์ | นายแพทย์ชำนาญการ | ประธานกรรมการ..... |
| ๒. นางดวงพร ชยุตสหกิจ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | กรรมการ..... |
| ๓. นางวรรณนา สกลวิรัตน์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ..... |