

คุณลักษณะเฉพาะ
Gauzeพับ ขนาด ๒x๒ นิ้ว, ๓x๔ นิ้ว, ๔x๔ นิ้ว (๑๐๐/ลัง)
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

คุณสมบัติทั่วไป

๑. เป็นผ้าโปร่งพับทบ ๘ ชั้น เก็บริมเรียบร้อย ขนาด ๒x๒ นิ้ว , ๓x๔ นิ้ว ๔x๔ นิ้ว ตามที่ราชการกำหนด
๒. มีลักษณะสีขาวสะอาด ไม่มีสิ่งปนเปื้อน ไม่มีปมหรือรอยต่อ
๓. ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อแล้วสามารถนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นผ้าโปร่งพับเก็บริมเรียบร้อย หนา ๘ ชั้น
๒. วัสดุเป็นผ้าโปร่งบางทำจากผ้าคุณภาพดี มีจำนวนด้ายยืน ๒๒-๒๔ เส้นด้ายพุ่ง ๑๘ - ๒๐ เส้น/ตารางนิ้ว
๓. ผ้ามีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตจากฝ้าย ๑๐๐% สามารถดูดซับของเหลว สารคัดหลั่งได้ดี
๔. เป็นวัสดุที่ใช้ในทางการแพทย์ เมื่อนำไปผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อโดยใช้อุณหภูมิ ๑๓๔ องศาเซลเซียส ยังคงสภาพสีขาวปกติสามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย
๕. ปราศจากสารเรืองแสง
๖. ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๕๑-๒๕๕๔
๗. บรรจุในซอง พลาสติกกันน้ำ ปิดสนิท จำนวน ๑๐๐ ชั้น
๘. มีข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงบนหีบห่อไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
 - วัสดุที่บรรจุ ขนาดและจำนวนบรรจุ
 - รหัสรุ่นที่ผลิตหรือLot Number วันเดือนปีผลิต วันหมดอายุ ชื่อผู้ผลิตหรือโรงงานที่ผลิต

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ผู้ขายจะต้องแสดงเอกสารบ่งบอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือเอกสารรับรองคุณภาพของวัสดุ
๒. ส่งตัวอย่างเพื่อทดลองและทดสอบคุณภาพจำนวนรายการละ ๑ ลัง ภายใน ๓ วัน หลังจากวันยื่นข้อเสนอ

กรรมการคุณลักษณะเฉพาะ

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑.นางรัชกร ขาญพานิชย์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ..... | ประธานกรรมการ |
| ๒.นางลัดดาวัลย์ ทองเกลี้ยง | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ..... | กรรมการ |
| ๓.นางสาวศิริพร ล้วนะสกล | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ..... | กรรมการ |

คุณลักษณะเฉพาะ
สำลีก้อนขนาด ๐.๓๕ กรัม ชนิดปราศจากเชื้อ(๒, ๕, ๑๐,๓๐ ก้อน/ถุง)
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

คุณสมบัติทั่วไป

๑. เป็นสำลีปั่นก้อนทรงกลมขนาด ๐.๓๕ กรัม/ก้อน ชนิดปราศจากเชื้อเพื่อนำมาใช้ในทางการแพทย์
๒. สามารถดูดซับน้ำ สารคัดหลั่งหรือเลือดได้ดี
๓. มีสีขาวสะอาด ไม่มีสิ่งปนเปื้อน

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. สำลีผลิตจากฝ้ายธรรมชาติ ๑๐๐%
๒. มีคุณสมบัติการดูดซับน้ำ สารคัดหลั่งและเลือดได้ดีหลังผ่านการทดสอบเบื้องต้น
๓. สำลีสีขาวปราศจากสารเรืองแสง
๔. จำนวนบรรจุเป็นไปตามที่ราชการกำหนด (๒,๕,๑๐,๓๐ ก้อน/ถุง)
๕. ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๑๘๒-๒๕๔๕
๖. ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานในการผลิตเช่นISO๙๐๐๑ หรือISO ๑๓๔๘๕
๗. บริษัทต้องระบุLot.การผลิต วันที่ผลิตและวันหมดอายุบนซองวัสดุ
๘. ปกป้องวิธีทำให้ปราศจากเชื้อและมี Indicator บนซองวัสดุทุกซอง

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. บริษัทต้องนำเอกสารรับรองคุณภาพตามมาตรฐานวัสดุการแพทย์มาแสดงก่อนจัดซื้อ
๒. ส่งตัวอย่างสำลีเพื่อทดลองและทดสอบคุณภาพภายใน ๓ วัน หลังจากวันยื่นข้อเสนอ
รายการสำลีตัวอย่างที่ต้องส่งมารายการละ ๑ ถุง พร้อมหนังสือส่งตัวอย่าง มีดังนี้

กรรมการคุณลักษณะเฉพาะ

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑.นางรัชกร ชาญพานิชย์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ..... | ประธานกรรมการ |
| ๒.นางลัดดาวัลย์ ทองเกลี้ยง | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ..... | กรรมการ |
| ๓.นางสาวศิริพร ลวณะสกล | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ..... | กรรมการ |

คุณลักษณะเฉพาะ
Gauzeพับสำเร็จรูป ขนาด ๒x๒ นิ้ว, ๓x๔ นิ้ว, ๔x๔ นิ้ว
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

คุณสมบัติทั่วไป

๑. เป็นผ้าโปร่งพับทบ ๘ ชั้นเก็บริมเรียบร้อย ขนาด ๒x๒ นิ้ว, ๓x๔ นิ้ว ๔x๔ นิ้ว จำนวนบรรจุในซองตามที่
ราชการกำหนดจำนวน ๒ ชั้น/ซอง, ๕ชั้น/ซอง, ๑๐ ชั้น/ซอง
๒. มีลักษณะสีขาวสะอาด ไม่มีสิ่งปนเปื้อน ไม่มีปมหรือรอยต่อ
๓. ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อแล้วสามารถนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นผ้าโปร่งพับเก็บริมเรียบร้อยเป็นรูปสี่เหลี่ยม หน้า ๘ ชั้น
๒. วัสดุเป็นผ้าโปร่งบางทำจากผ้าคุณภาพดี มีจำนวนด้ายยืน ๒๒-๒๔ เส้นด้ายพุ่ง ๑๘ - ๒๐ เส้น/ตารางนิ้ว
๓. ผ้ามีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตจากฝ้าย ๑๐๐% สามารถดูดซับของเหลว สารคัดหลั่งได้ดี
๔. เป็นวัสดุที่ใช้ในทางการแพทย์ เมื่อนำไปผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อโดยใช้อุณหภูมิ ๑๓๔ องศาเซลเซียส ยังคงสภาพสีขาวปกติสามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย
๕. ปราศจากสารเรืองแสง
๖. ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๕๑-๒๕๕๔
๗. บรรจุในซอง Peel Pack ที่ปิดผนึกสนิท และผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
๘. ซองบรรจุใช้วัสดุชนิด Medical Grade ไม่ฉีกขาดง่ายเป็นฟิล์มพลาสติก ๑ ด้าน และกระดาษ ๑ ด้าน สามารถมองเห็นวัสดุภายในได้
๙. มีข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงบนหีบห่อไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
 - วัสดุที่บรรจุ ขนาดและจำนวนบรรจุ
 - บ่งบอกวิธีการที่ทำให้ปราศจากเชื้อ และบ่งบอกสี Indicator ทั้งก่อนและหลังผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
 - รหัสรุ่นที่ผลิตหรือLot Number วันเดือนปีผลิต วันหมดอายุ ชื่อผู้ผลิตหรือโรงงานที่ผลิต

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ผู้ขายจะต้องแสดงเอกสารบ่งบอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือเอกสารรับรองคุณภาพของวัสดุ
๒. มีเอกสารรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และเอกสารแสดงรายละเอียดการทำSterilization
๓. ส่งตัวอย่างเพื่อทดลองและทดสอบคุณภาพจำนวนรายการละ ๕ ซอง ภายใน ๓ วัน หลังจากวันยื่นข้อเสนอ

กรรมการคุณลักษณะเฉพาะ

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑.นางรัชกร ชาญพานิชย์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ..... | ประธานกรรมการ |
| ๒.นางลัดดาวัลย์ ทองเกลี้ยง | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ..... | กรรมการ |
| ๓.นางสาวศิริพร ลวณะสกล | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ..... | กรรมการ |

คุณลักษณะเฉพาะ

ลำสาลีก้อนขนาด ๐.๓๕ กรัม, ๑.๔๐ กรัม, ลำสาลีม้วน (บรรจุ ๔๕๐ กรัม) ชนิดไม่ปราศจากเชื้อ
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

คุณสมบัติทั่วไป

๑. ลำสาลีชนิดไม่ปราศจากเชื้อบรรจุในถุงน้ำหนัก ๔๕๐ กรัม ขนาด ๐.๓๕ กรัม/ก้อน ขนาด ๑.๔๐ กรัม/ก้อน และลำสาลีม้วน ๑ ม้วน/ห่อ
๒. สามารถดูดซับน้ำ สารคัดหลั่งหรือเลือดได้ดี
๓. มีสีขาวสะอาด ไม่มีสิ่งปนเปื้อน
๔. สามารถนำเข้ากระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อก่อนการใช้งาน

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ลำสาลีผลิตจากฝ้ายธรรมชาติ ๑๐๐%
๒. มีคุณสมบัติการดูดซับน้ำ สารคัดหลั่งและเลือดได้ดีหลังผ่านการทดสอบเบื้องต้น
๓. ลำสาลีมีสีขาวปราศจากสารเรืองแสง
๔. มีขนาดตามที่ราชการกำหนด
๕. ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๑๘๒-๒๕๔๕
๖. ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานในการผลิตเช่น ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๑๓๔๘๕
๗. บริษัทต้องระบุ Lot. การผลิต วันที่ผลิตและวันหมดอายุบนซองวัสดุ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. บริษัทต้องนำเอกสารรับรองคุณภาพมาแสดงให้คณะกรรมการพิจารณา ก่อนจัดซื้อ
๒. ส่งตัวอย่างลำสาลีเพื่อทดลองและทดสอบคุณภาพภายใน ๓ วัน หลังจากวันยื่นข้อเสนอ
รายการลำสาลีตัวอย่างที่ต้องส่ง พร้อมหนังสือส่งตัวอย่าง มีดังนี้
 ๑. ลำสาลีก้อน จำนวน ๑ ถุง
 ๒. ลำสาลีม้วน จำนวน ๑ ม้วน

กรรมการคุณลักษณะเฉพาะ

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นางรัชกร ชาญพานิชย์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ..... | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางลัดดาวัลย์ ทองเกลี้ยง | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ..... | กรรมการ |
| ๓. นางสาวศิริพร ลวงชะสกล | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ..... | กรรมการ |