

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดอุปกรณ์ Laparoscope เลนส์ระบบ Stereo Dual Channel แบบ ๓ D ขนาด ๑๐ มม. มุมมอง ๓๐ องศา
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

.....

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้งานร่วมกับชุดผ่าตัดผ่านกล้องระบบ ๓ มิติ เพื่อให้เห็นมุมมองได้กว้างขึ้น สามารถมองเห็นมุมมองของภาพต่างๆ ได้ชัดเจนและละเอียดมากยิ่งขึ้น

คุณลักษณะทั่วไป

ชุดอุปกรณ์ Laparoscope เลนส์ระบบ Stereo Dual Channel แบบ ๓ D ขนาด ๑๐ มม. มุมมอง ๓๐ องศา จำนวน ๑ ชิ้น

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

ชุดอุปกรณ์ Laparoscope เลนส์ระบบ Stereo Dual Channel แบบ ๓ D ขนาด ๑๐ มม. มุมมอง ๓๐ องศา

- ๓.๑ เป็นเลนส์ระบบ ๒ ช่อง Optic (Stereo Dual Channel) ในการรับภาพเสมือนตาซ้ายและตาขวา
- ๓.๒ มีมุมมอง (Field of View) กว้าง ๗๕ องศา \pm ๕ องศา
- ๓.๓ มีความยาวในส่วนใช้งาน (Insertion Length) ยาว ๔๑๕.๕ มิลลิเมตร \pm ๐.๕ มิลลิเมตร
- ๓.๔ สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้ (Autoclavable)
- ๓.๕ สามารถถอดแยกออกจากหัวกล้องรับและแปลงสัญญาณได้เพื่อความประหยัดในการซ่อมบำรุง

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| ๑. นายไพวิทย์ ศรีพัฒนพิริยกุล | นายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ | ประธานกรรมการ..... |
| ๒. นายวสันต์ ประสิทธิ์วิไล | นายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ | กรรมการ..... |
| ๓. นายธนากร โอธพันธ์ | นายแพทย์ ระดับชำนาญการ | กรรมการ..... |

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ต้องเป็นสินค้าใหม่ไม่ผ่านการใช้งาน หรือผ่านการสาธิตมาก่อน ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
๒. เป็นบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง
๓. ผู้ขายรับประกันสินค้าเป็นเวลาอย่างน้อย ๒ ปี นับตั้งแต่ส่งมอบสินค้าโดยรับประกันความผิดพลาด จากการผลิต และการใช้งานปกติ โดยไม่คิดมูลค่า
๔. กรณีมีปัญหา เมื่อทางโรงพยาบาลแจ้งไป ผู้ขายจะต้องติดต่อกลับมาภายใน ๒๔ ชั่วโมงและจัดส่งช่าง มาทำการ ตรวจสอบเช็คแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๓ วัน ถ้าซ่อมแซมแล้วใช้ไม่ได้ภายใน ๗ วัน ทางผู้ขายต้องนำสินค้า ที่มีคุณสมบัติดีกว่าหรือเทียบเท่ามาติดตั้งให้ทางโรงพยาบาลใช้งานจนกว่าจะซ่อมแซมแล้วเสร็จ และหากผู้ขายได้ทำการแก้ไขแล้ว ถึง ๒ ครั้ง สินค้าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้ขายจะต้องนำสินค้าใหม่มาเปลี่ยนให้โดยไม่มีเงื่อนไข
๕. ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
๖. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาสำหรับผู้ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. นายไพวิทย์ ศรีพัฒน์พิริยกุล
๒. นายวสันต์ ประสิทธิ์วิไล
๓. นายธนากร โอธรพันธ์

- นายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ
นายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ
นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

ประธานกรรมการ.....
กรรมการ.....
กรรมการ.....